



УТВЕРЖДАЮ

**Главный врач КГП на ПХВ
«Межрайонная больница района
Алтай» УЗВКО**

О.З.Нурекинов
«14» сентября 2022 года

**ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по закупу медицинской техники**

Заказчиком и Организатором закупа выступает КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» УЗВКО. г.Алтай, ул. Тәуелсіздік, 16.

Представитель Заказчика Федирко Татьяна Николаевна руководитель службы государственных закупок, 8/72335/6-40-19, 8/705/101 36 28 buhcrgbgz@mail.ru

Дата, место и время вскрытия заявок: в 09 часов 00 минут 04 октября 2022 года по следующему адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік, 16 кабинет службы государственных закупок

Состав тендерной комиссии:

Председатель: Абдуллина Е.К.;

Члены тендерной комиссии: Сорокина Т.В.
Раздыкова Р.Ф.

Секретарь тендерной комиссии: Федирко Т.Н.

Потенциальный поставщик не участвует в закупе, регулируемом Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 (далее – Правила), а его заявка на участие в закупе подлежит отклонению, если потенциальный поставщик аффилирован с:

- 1) представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения тендерной комиссией;
- 2) членами тендерной комиссии;
- 3) секретарем тендерной комиссии.

Потенциальный поставщик не участвует в закупе, если:

- 1) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) первых руководителей потенциального поставщика и (или) уполномоченного представителя потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются представителем заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора в проводимом закупе;
- 2) финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика или поставщика приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо законодательством государства потенциального поставщика-нерезидента Республики Казахстан.

1. Общие положения

1. Тендер проводится с целью выбора поставщика (ов) изделий медицинского назначения в соответствии с требованиями, установленными Правилами.

2. Сумма, выделенная для данного тендера (лота) по закупкам товара, составляет

№	Наименование	Техническая характеристика	Ед-ца изм-ия	Кол- во	Цена в тенге	Сумма в тенге
833	Устройство/аппарат для аудиологического скрининга методом регистрации отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ, DPOAE) и слуховых вызванных потенциалов (КСВП)	Устройство – 1 шт Портативное и мобильное устройство является диагностическим прибором, используемым для аудиологической оценки и документирования нарушений слуха и нервов. Устройство должно объединять возможности диагностики АBR, ТЕОАЕ и DPOAE в одном устройстве, чтобы удовлетворить ваши потребности в экономичной 2-ступенчатой системе скрининга ОАЕ/АВР. Устройство экономит время с его бинауральным автоматизированным АBR скринингом для одновременного тестирования обоих ушей. Сверху имеется разъем для предусилителя аппарата АBR, наушников или кабеля датчика отоакустической эмиссии. Снизу имеется разъем микро-USB, позволяет зарядить батарею. Имеется светодиодный индикатор который отображает состояние электропитания подставки (включено = подключено, выключено = отключено). Имеет сенсорный дисплей и удобный пользовательский интерфейс в компактном аппаратном исполнении. Дисплей представляет собой резистивный сенсорный экран, позволяющий работать в перчатках. Устройство размеры – не более 163 x 85 x 21 мм ; Устройство вес – не более 265 г Разрешение дисплея – не более 272 x 480 Размер дисплея – не более 95 мм x 56 мм Встроенный динамик. Цветной дисплей с светодиодным индикатором Литий-ионный аккумулятор – не менее 3,7 В/3850 мАч Устройство имеет следующие характеристики для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЕ): ТЕОАЕ Тип стимула- Нелинейный щелчок (в соответствии с IEC 60645-3); Диапазон уровней – не менее 60 дБ reSPL до 83 дБ reSPL ; Уровень по умолчанию – не более 83 дБ reSPL (калибровка от пика к пику), автоматическая внутри ушная калибровка; Допустимость уровня- не более ± 3 дБ; Частота кликов – не менее –70 /с; Передачик - ОАЭ Зонд; Центральный диапазон частот – не менее 1000 Гц до 4000 Гц; Центральные частоты по умолчанию – не менее 1400, 2000, 2800, 4000 Гц; На дисплей - Просмотр шкал прогресса по направлению к прохождению, обратная связь о стабильности зонда, шуме и времени записи; Полосы анализа- 1,4, 2, 2,8 и 4 кГц (центральные частоты); Критерии прохождения- 3 из 4 полос, мин 4 дБ SNR, мин -5 дБ SPL уровень ОАЕ; Продолжительность испытания - От 4 С до 60 с; Преобразователь - Зонд ОАЕ (длина кабеля 50 или 120 см); DPOAE Частотный диапазон – не менее 1500 Гц до 6000 Гц; Частоты по умолчанию – не менее 2000, 3000, 4000, 5000 Гц; Номинальная частота -F2; F2/F1 Соотношение-1.22; Диапазон уровней – не менее 50 дБ SPL - 65 дБ SPL; Уровень по умолчанию (L1/L2) - не более 65 дБ SPL / 55 дБ SPL с внутриушной калибровкой; Допустимость уровня – не менее 7 дБ; Передачик - ОАЭ Зонд; Максимальное время испытания -60 с; Разрешение A/D – не более 24 бит; Уровень исключения шумов – не менее 30 дБ SPL; Проверка посадки зонда -Частотная реакция ушного канала со щелчком стимула;	шт	1	8 636 500,00	8 636 500,00

			Остаточный шум -RMS измерения в частотной области, среднее значение частотных компонентов вокруг частоты DP не менее (26 бинов < 2500 Гц и 60 бинов ≥ 2500 Гц); На дисплей -Промотор показателей прогресса в направлении "Пройдено", обратная связь по поводу шума, время записи; Критерии прохождения-не менее 3 из 4 полос, мин 6 дБ SNR, мин -5 дБ SPL, уровень OAE; Продолжительность испытания – не менее от 4 с до 60 с Преобразователь – Зонд OAE (длина кабеля 50 или 120 см); Ушной зонд OAE – 1 шт Ушной зонд OAE должен использоваться для диагностики OAE. Однако он также может быть использован в качестве преобразователя для передачи акустического стимула при скрининге ABR (КСВП). В этом случае зонд OAE подключается к кабелю предусилителя. Версии -длинный и короткий кабель; Поддерживаемые тесты- TEOAE, DPOAE и моноауральная ABR (КСВП); Длина кабеля – не менее 120 см / 47 дюймов (длинный), 50 см / 19,7 дюймов (короткий); Память -калибровочные значения и идентификатор датчика; Кончик зонда – заменяемый; Вес (включая кабель) –не более 13 г / 0,46 унция (короткий кабель), 19 г / 0,67 унция (длинный кабель); Предусилитель – 1 шт Кабель предусилителя подключается к верхней части при использовании некоторых из доступных датчиков. Электродные провода и акустический преобразователь подключаются к гнездам в верхней части кабеля предусилителя для выполнения КСВП-скрининга. Каналы-один; Разъемы-3 электродных провода (черный, желтый, белый); Преобразователь (OAE зонд); Получение-не более 72 дБ; Частотная характеристика-не менее 0.5 Гц до 5000 Гц; Шум - <25 нВ/√Гц; Коэффициент CMR - > 100 дБ при 100 Гц; Максимальное входное напряжение смещения -2.5 В; Входной импеданс – не менее 10 МΩ/170 pF; Источник питания -изолированный, от главного блока; Вес –не более 85 г / 3 унция; Размеры –не более 85 мм x 50 мм x 25 мм / 3,4 дюйма x 1,9 дюйма x 0,9 дюйма; Длина кабеля –не менее 112 см / 44 дюйма; Длина провода электрода – не менее 51 см / 20 дюймов; Наушник для аудиометра – 1 шт Наушник для аудиометра оснащен электродами многообразного использования из нержавеющей стали, датчиком и предусилителем, интегрированными в одно устройство, так что нет необходимости в одноразовых расходных материалах. Кнопка позволяет начать тест, а светодиодные индикаторы обеспечивают обратную связь о выбранном ухе, импедансе и состоянии теста. Подпружиненные электроды приспособляются к форме уха, а электрод лба может быть повернут или заменен на электрод длиной для маленьких головках младенцев. Комплекующие являются следующими: - Гель-протектор на электроде из нержавеющей стали; - Вершинный электрод - вращающийся на не менее 180°; - Активное контрольное ухо (правое) LED (синий LED на другой стороне левого уха; - Заземляющий электрод; - Акустический динамик; - Мастоидный электрод; - Полупрозрачный силиконовый амбушюр для ушей; - Светодиоды - тестовая обратная связь во время измерения импеданса и КСВП; - Кнопка - Начало, паузы, остановка теста; Поддерживаемые тесты –КСВП (ABR) (монауральный) Предусилитель: Каналы –один; Получение – не более 72 дБ; Частотная характеристика –не менее 0.5 Гц до 5000 Гц; Шум -<25 нВ/√Гц;
--	--	--	--

	Коэффициент CMR > 100 дБ при 100 Гц; Максимальное входное напряжение смещения -2,5 В; Входной импеданс – не менее 10 МΩ/170 pF; Источник питания –изолированный, от главного блока; Динамик: Интерирированный -динамический, 8 Ω; Электроды: 3шт. с телесными протекторами -нержавеющая сталь, многообразный, вращающийся вершинный электрод; Обратная связь с пользователем: Светодиоды -красные и синие светодиоды для правого или левого уха, 3RGB светодиоды для импеданса и тестового статуса (работа, пауза или шум); Пользовательский интерфейс: Кнопка -чтобы начать, сделать паузу или остановить тест; Вес –не более 254 г/ 8,96 унция; Размеры – не более 148 мм x75 мм x65 мм / 5,83 в x2,95 в x2,56 в; Длина кабеля – не менее 112 см / 47 дюймов; Память -калибровочные значения и идентификатор датчика Подставка: Вес –не более 300 гр/ 10,6 унция; Размеры –не более 94 мм x 171 мм x 90 мм/3,7 дюйма x 6,7 x 3,5 дюйма; Программное обеспечение для ПК – 1 шт Программное обеспечение позволяет вам: -Хранить, просматривать и управлять информацией о пациенте; -Хранить, просматривать и управлять данными тестирования, передаваемыми с; -Перенести имена пациентов, нуждающихся в тестировании, на; -Распечатать результаты тестирования на стандартном ПК-совместимом принтере; -Экспортировать данные о пациентах и испытаниях(поддерживаетформаты HiTrack, OZ Systems, CSV и XML); - Настраивать различные настройки устройства , включая протоколы проверки; - Управлять пользователями; - Управлять настраиваемые списки (например, названия объектов, факторы риска); - Управлять учетными записями пользователей; Термопринтер – 1 шт Беспроводной термальный принтер позволяет осуществлять прямую печать этикеток. Тележка – 1 шт Тележка для оборудования, для удобного размещения оборудования. <i>Расходные материалы:</i> Комплект для очистки зонда (Для очистки используйте нить для мостов и имплантатовили 3 в 1) – 1 шт Гель электродный (Гель электродный для проведения исследования слуха у новорожденных не менее 50 шт) – 1 шт Термобумага (Бумага для принтера этикеток (в 1 рулоне 120 этикеток). Размеры: ширина: не более 56 мм x длина: не более 60 мм – 2 шт				
834	Кардиотокограф	шт	3	2 707 585,00	8 122 755,00

835	Установка стоматологическая, включающая блок врача-стоматолога, кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, с пылесосом и сланоотсосом, светильник операционный стоматологический	измерения не менее: 0 ~ 99 единиц. Изготовлен из металлического корпуса и обшитый пластиком 2. Ультразвуковой датчик 2 шт.: Измерение СРЭ Входной сигнал: Ультразвуковой Доплер пульса частота ультразвука не менее: 1.0 IV/Гц Мощность ультразвука не менее: <10мВ/см2 Метод обнаружения СРЭ: Автокоррекция Амплитуда измерения не менее: 50 ~ 240 ударов в минуту (уд/мин) Конструктивно ультразвуковой датчик состоит из сканирующей головки, кабеля и коннектора. Коннектор предназначен для присоединения датчика к базовому блоку аппарата и имеет множество контактов, выполненных в виде штырьков. Кабель представляет собой гибкий жгут из множества микропроводников, соединяющих коннектор и сканирующую головку. Сканирующая головка состоит из матрицы пьезокристаллов, предназначенной для излучения ультразвуковых волн, обшитая пластиком. Длина кабеля не менее 2 м. 3. Датчик маточных сокращений 1 шт.: Эмбриональное Измерение Перемещения Источник обнаружения: Ультразвуковой, Доплер пульса Регистрация Метода: 1. Пиковая форма волны на канале МС обозначает относительную интенсивность и продолжительность Эмбрионального Перемещения. 2. Точечные знаки между каналами СРЭ и МС отмечаются, когда интенсивность FM превышает выбранный порог. Коннектор предназначен для присоединения датчика к базовому блоку аппарата и имеет множество контактов, выполненных в виде штырьков. Кабель представляет собой гибкий жгут из множества микропроводников, соединяющих коннектор и сканирующую головку. Сканирующая головка состоит из тензодатчика (датчика давления), предназначенного для получения информации о маточных сокращениях. Обшит пластиком. Длина кабеля не менее 2 м. 4. Пояс для фиксации датчиков 3 шт.: Пояс для крепления, фиксирования датчиков Изготовлен из эластичной ткани. Длина пояса не менее 3 м 5. Маркер событий 1 шт.: Состоит из ручки с кнопкой и шнура соединяющий ручку и базовый блок аппарата. Во время исследования маркер события дается пациенту, который нажимает на кнопку когда чувствует движение плода. Изготовлен из металлической ручки обшитой пластиком. Длина шнура не менее 3 м. 6. Адаптер 1 шт.: Адаптер предназначен для изменения напряжения. Входное не хуже 100~240V, не хуже 50~60Hz, 1.5A Выходное не менее 18V, 2.8A Изготовлен из блока изменения напряжения, обшит пластиком. Кабель адаптера не менее 1м 40 см Расходные материалы и изнашиваемые узлы: Бумага для регистрации данных Рулонная бумага, бумага для отчетов, размер не менее 215мм*25м*16мм Ультразвуковой гель Гель специально разработан, чтобы исключить помехи, которые возникают при наличии воздуха между датчиками и телом пациента, а также от движения передающих устройств. Состав: Дистиллированная вода, карбоксилсодержащий полимер, триэтаноламин, ДМДМ гидантонин И. Электропитание: переменный ток (не более), 220 В ± 22 В, 59 Гц ± 1 Гц. II. Входная мощность: не менее 400 ВА III. Плавающий предохранитель: 3 А. Стоматологическое кресло: 100% кожа, Сиденье кресла приводится в движение электрическим устройством. Предельные положения подъема и опускания контролируются платой безопасности с двойной защитой. Движения кресла регулируются с педали, расположенной в основании кресла. 1. Мотор: работающий при мощности (не более) 120 ватт, 1Р, переменный ток, не менее 220 В. 2. Сиденье кресла: высота перемещения: 500 – 800 мм от пола; грузоподъемность: не менее 135 кг. 3. Спинка кресла: угол перемещения: 105° – 180°; грузоподъемность не менее 55 кг. 4. Кресло электромеханическое со съемным поворотным подлокотником - Джойстик для: управления креслом: с рабочего столика врача, с пульта ассистента Подголовник артикуляционный подвижный: ✓ Механическая регулировка по высоте, диапазон перемещения не менее 110 мм вверх и вниз вдоль направляющего рельса.	шт	3	4 037 500,00	12 112 500,00
-----	--	---	----	---	--------------	---------------

	✓ Механическая регулировка угла наклона подголовника. ✓ Механическая блокировка перемещений подголовника с помощью рычага у основания и кнопки на внутренней стороне. Блок плетельный - Поворотный на не менее 90 градусов - Керамическая поворотная плетельница, омываемая Блок инструментального столика: - с нижней подлокотной планкой на пантографическом плече - Три пневматических модуля с подводом полиуретановых шлангов типа Midwest и с четвертым запасным гнездом - Трехфункциональный пистолет вода-воздух - Встроенный манометр (в століке) для контроля давления воздуха, подаваемого на наконечники - Негатоскоп для просмотра рентген снимков - Программирование кресла в трех позициях - Система чистой воды (бутылка для дистиллированной воды) - Система программирования обмыва плетельницы и наполнения стакана - Система подогрева воды - Система автоматического возврата в исходное положение Светильник бестеневой: 1. Мощность: не менее 50 ватт. 2. Освещенность: два положения не менее: 8.000 люкс и 15.000 люкс. Дополнительные функции: - Система подогрева воды (тепл) - Педаль многофункциональная - Место ассистента, подвижный и имеет: Пылесос, Слюноотсос, Пистолет вода воздух Инструментальная панель: 1. Размеры: не менее 460 мм x 300 мм. 2. Он должен быть устойчивым в любом рабочем положении, перескок панели не должен превышать 3 градуса. - Гнездо для светополимеризационной лампы - Пульт управления креслом с программированием - Наличие присоединительной напольной коробки: фильтр - клапан- регулятор воздушный с краном, фильтр-клапан водяной с краном, влагоотделитель, редуктор и манометром давления - Комплект наконечников 6 шт.: - микромотор воздушный, Скорость вращения: максимум от 1000 до 40.000 об/мин $\pm$ 10% - турбинный наконечник (Скорость вращения: до 300.000 об/мин при рабочем давлении воздуха 0,25 МПа.) - прямой наконечник. Скорость вращения от 1000 до 40.000 об/мин. - угловой наконечник, Скорость вращения от 1000 до 40.000 об/мин. - Скалер для удаления зубных отложений и налета, встроенный, заводское наименование – woodfucker - пистолет вода-воздух - Стул врача на никелированной ножке с обивкой 100% кожи				
836	Стол операционный с гидравлическим приводом Конструктивные особенности • Защитные кожухи колонны, все открытые металлические поверхности стола, а также дополнительные приспособления изготовлены из нержавеющей стали; • Основание стола защищено кожухом из особо прочного композитного материала; • Основание стола на двух регулируемых опорах и двух неповоротных колесах диаметром не менее 50 мм; • Литые съёмные подушки изготовлены по бесшовной технологии из интегрального пенополиуретана с антистатическим эффектом, и инновационной антимикробной обработкой (Ultra Fresh); • Панель стола не менее 5-секционная включая разделенную ножную; • Излом спинной секции – не менее 105 мм;	шт	2	7 628 860,00	15 257 720,00

	• Панель стола рентгенопрозрачная; • Возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом; • Возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной секции; • Управление головной и раздельными ножными секциями - механические зажимы; • Возможность использования специальных дополнительных комплектов приспособлений.			
	• Длина стола, не менее 1900 мм • Длина стола без головной и ножной секций, не менее 950 мм • Ширина стола по направляющим, не менее 550 мм • Ширина панели стола, не менее 500 мм • Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не более 760 мм • Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не менее 1060 мм • Длина основания стола, не более 915 мм • Ширина основания стола со стороны головной секции, не более 325 мм • Ширина основания стола со стороны ножной секции, не более 560 мм • Высота основания стола, не более 225 мм • Глубина ниши основания стола со стороны ножной секции, не менее 145 мм • Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее - 30°/+ 30° • Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее + 75°/- 45° • Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее + 30°/- 35° • Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее + 30°/- 90° • Боковой наклон панели стола, не менее + 20°/- 20° • Высота подъема подушек при изломе спинной секции, не менее 105 мм • Высота подъема почечного валика (опция), не менее 140 мм • Максимальное выдвижение головной секции, не менее 50 мм • Безопасная рабочая нагрузка стола, не менее 160 кг • Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола 250 кг • Вес стола (без комплекта съемных приспособлений), не более 150 кг			
	1. Основные технические характеристики: 1.1 Длина стола, не менее 1900 мм 1.2 Длина стола без головной и ножной секций, не менее 950 мм 1.3 Ширина стола по направляющим, не менее 550 мм 1.4 Ширина панели стола, не менее 500 мм 1.5 Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не более 760 мм 1.6 Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не менее 1060 мм 1.7 Длина основания стола, не более 915 мм 1.8 Ширина основания стола со стороны головной секции, не более 325 мм 1.9 Ширина основания стола со стороны ножной секции, не более 550 мм 1.10 Высота основания стола, не более 75 мм 1.11 Глубина ниши основания стола со стороны ножной секции, не менее 95 мм 1.12 Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее - 30°/+ 30° 1.13 Боковой наклон панели (вправо/влево), не менее 20°/20° 1.14 Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее + 75°/- 45° 1.15 Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее + 45°/- 90° 1.16 Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее + 30°/- 90° 1.17 Максимальное выдвижение головной секции, не менее 50 мм 1.18 Безопасная рабочая нагрузка стола не более 160 кг 1.19 Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола не более 250 кг 1.20 Вес стола (без комплекта съемных приспособлений), не более 150 кг 2. Дополнительные технические требования к составным частям и комплектующим			

2.1 Панель стола пятисекционная, с раздельными ножными секциями с независимой регулировкой положения каждой из них - наличие 2.2 Панель стола рентгенопрозрачная, со встроенными полозьями-направляющими для размещения кассет с рентгеновой пленкой - наличие 2.3 Столешница должна быть изготовлена из высококачественного HPL-пластика толщиной не менее 8 мм - наличие 2.4 Каждая секция стола должна иметь маркировку безопасной нагрузки на секцию - наличие 2.5 Головная и ножные секции - съемные - наличие 2.6 Ножные секции с возможностью разворота в горизонтальной плоскости в диапазоне, не менее 0° - 90° 2.7 Подушки панели стола: - должны быть раздельными и соответствовать секциям панели - наличие - должны быть съемными и фиксироваться на элементах панели при помощи штыревых держателей - наличие - должны быть литыми, изготовленными по бесшовной технологии - наличие - должны быть изготовлены из интгрального пенополиуретана с антистатическим эффектом - наличие 2.8 Основание стола: - рамная конструкция из конструкционной стали - наличие - комбинированные опоры: две - статические, регулируемые по высоте и две - колесные Ø50 мм, для удобства перемещения - наличие - кожух из особо прочного композитного материала - наличие 2.9 Все открытые металлические элементы стола, включая дополнительные приспособления, несущая рама панели, крепежные элементы и метизы должны быть выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности должны быть матовыми, устойчивыми к хлорсодержащим дезинфектантам - наличие 2.10 Для крепления принадлежностей стол должен иметь боковые унифицированные направляющие из нержавеющей стали сечением 10x25 мм - наличие 2.11 Количество боковых направляющих, не менее 6 шт 2.12 Со стороны ножных секций основание стола должно иметь выемку для ног хирурга для удобства врача при проведении гинекологических и урологических операций - наличие 2.13 Колонна стола должна быть закрыта в нижней части телескопическим кожухом из нержавеющей стали - наличие 3. Управление столом 3.1 Функциональные регулировки стола, осуществляемые гидравлическим ножным приводом при помощи педали: 3.2 Функциональные регулировки стола, осуществляемые механическим ручным приводом при помощи съемной рукоятки: - продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург) не более: - 30°/+ 30° - боковой наклон панели (выправ/влево) не более 20°/20° 3.3 Функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную, при помощи пневмопружины: - наклон спинной секции (вверх/вниз) не более + 75°/- 45° - функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную, при помощи механических зажимов: - наклон головной секции (вверх/вниз) не более + 45°/- 90° - наклон ножной секции (вверх/вниз) не более + 30°/- 90° 4. Комплект поставки 4.1 Стол операционный 1 шт 4.2 Кабель заземления 1 шт 4.3 Комплект съемных приспособлений для общей хирургии в составе: - наличие 4.3.1 Наркозная дуга (наркозный экран) 1 шт - Материал наркозной дуги, механизма ее крепления и регулировки: нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие - Длина наркозной дуги относительно ширины панели стола не менее 650 мм - Диапазон регулировки высоты наркозной дуги относительно панели стола, не менее 250 мм 4.3.2 Боковой упор 2 шт - Механизм крепления и регулировки бокового упора Z-образная стойка - наличие	
--	--

				- Возможность использования в качестве плечевого упора - наличие - Возможность использования в качестве упора для ног - наличие - Материал профилированной подушки бокового упора: литой пенополиуретан - наличие - Материал механизма крепления и регулировки упора: нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие - Размер подушки, не менее (ДхШ) 100*200 мм - Регулировка положения подушки бокового упора относительно панели стола по высоте, не менее 0...200 мм - Регулировка положения подушки бокового упора относительно панели стола по глубине, не менее 80...200 мм - Регулировка поворота подушки бокового упора вокруг вертикальной оси Z-образной стойки, градусы не менее 360 градусов			
				4.3.3 Держатель рентгеновской кассеты 1 шт - Предназначен для введения (установки) R-кассеты под рентгенопрозрачной столешницей стола в продольном направлении - наличие - Материал: конструкционная сталь с полимерным покрытием - наличие 4.3.4 Ремень для фиксации туловища 1 шт - Предназначен для фиксации пациента к панели операционного стола - наличие - Материал ремня - мягкая синтетическая ткань - наличие - Материал кронштейнов для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие - Система регулировки длины ремня: система легкой фиксации - наличие - Длина ремня, не менее 1400 мм - Ширина ремня, не менее 100 мм 4.3.5 Рукодержатель (фиксатор руки) 2 шт - предназначен для фиксации рук пациента к панели операционного стола - наличие - Материал рук держателя мягкая синтетическая ткань - наличие - Материал кронштейнов для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие - Система регулировки диаметра рукодержателя: система легкой фиксации - наличие - Ширина рукодержателя, не менее 100 мм 4.3.6 Штатив для вливаний (инфузионная стойка) 1 шт - Предназначен для размещения флаконов и однократных систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении операций - наличие - Количество подвесных крюков, не менее 2 шт - Количество подвесных держателей флаконов, не менее 2 шт - Диапазон регулировки высоты штатива, не менее 800-1290 мм - Штатив должен быть изготовлен из нержавеющей хромоникелевой стали - наличие - Материал кронштейна для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие 4.3.7 Столик для инъекций 2 шт - Предназначен для размещения руки пациента - наличие - Допустимая нагрузка на столик, не менее 15 кг - Материал профилированной подушки столика: литой пенополиуретан - наличие - Материал механизма крепления и регулировки столика: нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие - Должен регулироваться по высоте и поворачивается вокруг вертикальной оси - наличие - Диапазон регулировки высоты столика относительно панели стола в пределах 0...150 мм - Столик должен иметь мягкий фиксирующий ремень - наличие - Материал ремня мягкая синтетическая ткань - наличие - Длина ремня, не менее 500 мм 5 Общие требования 5.1 Регистрационное удостоверение - наличие 5.2 Сертификаты соответствия системы менеджмента качества Производителя товара требованиям ISO 9001 и ISO 13485 - наличие 5.3 Право нанесения CE маркировки - наличие 5.4 Руководство по эксплуатации на русском языке - наличие			

Данная информация относится к лотам с 833 по 836

Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	До 1 декабря 2022 года Адрес: ВКО г. Алтай ул. Тауелсіздік, 16
Сроки выплат	Авансовый платеж производится поставщику в размере 30% при заключении договора и окончательная оплата в размере 70% производится поставщику после предоставления следующих документов: - Накладная на отпуск запасов на сторону (3 экземпляра); - Акт приема-передачи оборудования (3 экземпляра); - Акт ввода в эксплуатацию (3 экземпляра); - Сертификат соответствия; - Регистрационное удостоверение; - Гарантийный талон. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	

3. Потенциальный поставщик, участвующий в закупе, соответствует следующим квалификационным требованиям:

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности;

3) не аффилирован с членами и секретарем тендерной комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения тендерной комиссией (комиссии);

4) отсутствие задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации.

4. К закупаемым лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения.

2. Поддержка отечественных товаропроизводителей и (или) производителей государств-членов Евразийского экономического союза

5. В случае, если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государств-членов Евразийского экономического союза, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

6. В случае, если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, являющихся отечественными товаропроизводителями и (или) производителями государств-членов Евразийского экономического союза, заявки которых соответствуют условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям Правил, то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

7. Если в тендере, предполагающем возможность заключения долгосрочного договора с отечественным товаропроизводителем, подана одна заявка, соответствующая условиям объявления и требованиям Правил, потенциальным поставщиком, являющимся отечественным товаропроизводителем, с ним заключается долгосрочный договор поставки.

8. Статус отечественного товаропроизводителя потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:

1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) медицинских изделий, полученной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) регистрационным удостоверением на лекарственное средство или медицинское изделие, выданным в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, с указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя.

При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки отечественный товаропроизводитель на поставляемые лекарственные средства и медицинские изделия предоставляет сертификат о происхождении лекарственных средств, медицинских изделий для внутреннего обращения "СТ KZ".

9. Статус потенциального поставщика-производителя государств-членов Евразийского экономического союза подтверждается следующими документами:

1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

2) регистрационным удостоверением, соответствующим Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно решениям Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46).

3. Поддержка предпринимательской инициативы

10. Преимущество на заключение договоров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования имеют потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям:

1) надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;

2) надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

3) надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.

11. Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к заявке:

1) отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

2) потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

3) потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан.

12. Если в закупе по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям Правил, и сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

13. Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших тендерные заявки, соответствующие условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям Правил, и сертификаты о соответствии объектов требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, или номер разрешения (заключения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республику Казахстан, преимущественное право предоставляется потенциальным поставщикам, представившим регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при этом победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

4. Состав тендерной документации

14. Настоящая тендерная документация (далее – документация) включает в себя:

- 1) Перечень закупаемых товаров согласно приложению 1 к настоящей документации;
- 2) техническая спецификация (описание и требуемые технические, качественные и функциональные, характеристики закупаемых товаров) согласно приложению 2 к настоящей документации;
- 3) проект договора, приложение 3 к настоящей документации.

15. Потенциальный поставщик в рамках закупа по одному лоту представляет одно торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия, за исключением случая, когда по условиям объявления или приглашения на закуп требуется его комплектность.

5. Разъяснение положений документации потенциальным поставщикам

16. Не позднее чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока приема заявок при необходимости потенциальный поставщик обращается к заказчику, организатору закупа за разъяснениями по документации, на которые заказчик или организатор закупа не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса дает разъяснение, направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную документацию, на дату поступления запроса без указания автора запроса.

В срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока приема заявок заказчик или организатор закупа при необходимости по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков вносят изменения в документацию, о чем незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, представившим заявки или получившим документацию.

При этом окончательный срок приема заявок продлевается на срок не менее пяти календарных дней.

Организатор закупок публикует на интернет-ресурсе заказчика уточненную документацию с указанием внесенных изменений и (или) дополнений.

Организатор закупок проводит встречу с потенциальными поставщиками, которым предоставлена документация, либо их уполномоченными представителями для разъяснения положений документации в 14 часов 00 минут 23 сентября 2022 года по следующему адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік, 16 кабинет службы государственных закупок. Организатор закупок составляет протокол встречи с потенциальными поставщиками, в котором указываются представленные запросы потенциальных поставщиков о разъяснении документации без указания их источника, а также ответы на эти запросы.

Протокол встречи с потенциальными поставщиками размещается на интернет – ресурсе заказчика.

Организатор закупок публикует текст протокола встречи с потенциальными поставщиками на интернет-ресурсе заказчика.

6. Требования к оформлению заявки и представление потенциальными поставщиками конвертов с заявками

17. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного срока приема тендерных заявок представляет заказчику или организатору закупок в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с положениями тендерной документации. Заявка, поступившая по истечении окончательного срока приема тендерных заявок, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

18. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока их приема.

Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

Заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами, представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупок прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт.

Конверт содержит наименование и юридический адрес потенциального поставщика, подлежит адресации заказчику или организатору закупок по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова "Тендер по закупу _____ (указывается название тендера)" и "Не вскрывать до _____ (указываются дата и время вскрытия конвертов, указанные в тендерной документации)".

19. Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения.

Срок действия тендерной заявки составляет не менее 45 (сорока пяти) календарных дней, исчисляемых со дня окончательного приема тендерных заявок. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, подлежит отклонению.

Основная часть тендерной заявки содержит:

1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);

3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей,

участников или копия учредительного договора, или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющего личность;

5) копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

6) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) копии сертификатов (при наличии):

о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP);

8) ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

9) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки;

10) таблицу цен.

Техническая часть тендерной заявки содержит:

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате docx);

2) копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан;

На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в установленном законодательством порядке;

3) при необходимости копию акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" с датой выдачи за один и менее год до даты вскрытия конвертов с заявками, если потенциальным поставщиком не представлен сертификат надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) или надлежащей производственной практики (GMP), или надлежащей аптечной практики (GPP).

20. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, вносит с заявкой обеспечение заявки в размере одного процента от суммы, выделенной для приобретения товаров в одной из нижеперечисленных форм:

1) гарантийного денежного вноса денег, размещаемых на следующем банковском счете АО «First Heartland Jýsan Bank», БИК TSESKZKA, ИИК KZ27998LTB0000294920, БИН 130440013041;

2) банковской гарантии.

Срок действия обеспечения заявки не может быть менее срока действия самой заявки.

Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:

1) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока их приема;

2) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям документации;

3) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;

4) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;

5) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если:

1) он отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа после признания победителем тендера;

3) он признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа.

7. Вскрытие конвертов с заявками

21. Продолжительность времени между завершением приема тендерных заявок и началом вскрытия конвертов с тендерными заявками не превышает двух часов.

22. Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией по времени и в месте, определенных тендерной документацией, с применением аудио- и видеофиксации.

В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители.

Вскрывая конверты, секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, заявленные цены по каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия конвертов. документации)".

23. Присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с заявками уполномоченные представители потенциальных поставщиков, подтверждая свое присутствие, должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия и зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков, (указать место, дату и время регистрации, это время должно быть раньше времени вскрытия конвертов с заявками, а место регистрации должно быть тем же, что и место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками).

24. На указанном заседании:

1) секретарь тендерной комиссии, сведения о котором указаны в настоящей документации, информирует присутствующих о:

о составе тендерной комиссии, секретаре;

количестве потенциальных поставщиков, получивших документации;

наличии либо отсутствии запросов потенциальных поставщиков, а также проведении организатором закупок встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению положений документации;

наличии либо отсутствии факта, а также причин внесения изменений и дополнений в документацию;

потенциальных поставщиках, представивших в установленный срок заявки, зарегистрированные в соответствующем журнале регистрации;

2) председатель тендерной комиссии либо лицо, определенное председателем из числа членов тендерной комиссии:

вскрывает конверты с заявками на и оглашает перечень документов, содержащихся в заявке и их краткое содержание;

3) секретарь тендерной комиссии:

оформляет соответствующий протокол вскрытия конвертов;

размещает протокол вскрытия на интерне – ресурсе.

Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками подписывается и полистно парафируется всеми присутствующими на заседании членами тендерной комиссии, а также секретарем.

8. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям документации

25. Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок.

26. В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации.

27. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями Правил;

2) непредставления справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);

3) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций, или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных Правилами;

4) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

5) непредставления копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом РК "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом РК "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;

6) непредставления сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученных посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

8) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями Правил;

9) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и Правил;

10) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к лекарственным средствам и (или) медицинским изделиям и услугам, приобретаемым в рамках Правил;

11) причастности к процедуре банкротства либо ликвидации;

12) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 Правил;

13) непредставления при необходимости копии акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи", за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем – сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

14) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

15) потенциальный поставщик в рамках закупа по одному лоту представляет два и более торговых наименований лекарственного средства или медицинского изделия, за исключением случая, когда по условиям объявления требуется его комплектность;

16) если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, являющихся отечественными товаропроизводителями и (или) производителями государств-членов Евразийского экономического союза, заявки которых соответствуют условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям Правил, то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков отклоняются;

17) если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших тендерные заявки, соответствующие условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям Правил, и сертификаты о соответствии объектов требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков отклоняются;

18) если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, или номер разрешения (заключения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республику Казахстан, преимущественное право предоставляется потенциальным поставщикам, представившим регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при этом победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков отклоняются;

19) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

20) непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

21) представления потенциальным поставщиком цены на лекарственное средство и (или) медицинское изделие, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену на международное непатентованное наименование и предельную цену на торговое наименование;

22) представления тендерной заявки в непрошитом виде, с пронумерованными страницами, не скрепленной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

23) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

24) установления факта аффилированности в нарушение требований Правил.

28. Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или организатор закупа изменяют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в соответствии с разделом 2 Правил.

29. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

30. Закуп способом тендера или его какой-либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:

1) отсутствие тендерных заявок;

2) отклонение всех тендерных заявок потенциальных поставщиков.

31. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям Правил, на основе наименьшего ценового предложения.

В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и требованиям Правил.

9. Подведение итогов

32. Итоги тендера подводятся в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, о чем составляется протокол.

33. По результатам рассмотрения заявок тендерная комиссия:

1) определяет потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям документации;

2) определение победителя тендера;

3) определяет потенциального поставщика по каждому лоту, предложение которого является вторым после предложения победителя;

4) оформляет протокол итогов.

34. В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера заказчик или организатор закупа уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

35. Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию лекарственных средств и (или) медицинских изделий победителя.

10. Условия внесения, форму, объем и способ гарантийного обеспечения договора закупа

36. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа и представляется в виде:

1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке заказчика **АО «First Heartland Jýsan Bank», БИК TSESKZKA, ИИК KZ27998LTB0000294920, БИН 130440013041;**

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.

37. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

38. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

39. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа не возвращается заказчиком поставщику в случаях:

1) расторжения договора закупа в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, медицинских изделий и нарушение других условий договора);

3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных договором закупа.

11. Требование к языкам

40. Заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно заявки составляются и представляются на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке заявки, и в этом случае, в целях интерпретации заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском язык