ПРОТОКОЛ № 19

ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ ТЕНДЕРА

г. Алтай «17» апреля 2023г.
ул.Тәуелсіздік, 16 Начато: «11» час. «20» мин.
Окончено: «12» час. «00» мин.

1. Организатор государственных закупок

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, 070804, г. Алтай, ул.Тәуелсіздік,16

Комиссия в составе:
Председатель: руководитель стационарной службы Галиев Б.А.
Член комиссии: юрисконсульт Дорощук Е.А.
Член комиссии: главная медицинская сестра стационара Худякова Е.В.
Секретарь комиссии: руководитель службы государственных закупок Федирко Т.Н.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» провел закупки способом тендера.

2. Сумма, выделенная для закупа

№ п/п	Критерии	Описание		Ед. измер.	Кол-во	Цена	Сумма
1	**Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО)** *(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)*	**Стол операционный**		**шт**	**1**	**19 900 000,00**	**19 900 000,00**
2	**Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения**(*с указанием модели, наименования производителя, страны)*	**Не относится к средствам измерения**					
3	**Требования к комплектации**	*№ п/п*	*Наименование комплектующего к МИ ТСО*	*Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО*			*Требуемое количество*

			(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)		*(с указанием единицы измерения)*
		Основные комплектующие			
		1	Стол операционный	Универсальный операционный стол, позволяющий проводить хирургические вмешательства самых различных типов благодаря использованию рентгеновского устройства с рамой С-типа. Оптимальная высота для проведения малоинвазивных операций: от 605 до 1005 мм. Специальный матрац обладает функцией «памяти» (для максимальной фиксации пациента во время операции при длительном хирургическом вмешательстве). “Memory foam” матрац изготовлен из вязкоупругого пенополиуретана. Легкие секции столешницы присоединяются одним касанием, что обеспечивает повышенное удобство для пользователей; автоматическая блокировка; регулировка положения одним касанием, например, нулевая позиция, сгибание/разгибание. Принцип работы: изделие приводится в движение с помощью электрогидравлического насоса. Каждая секция стола имеет гидравлический цилиндр, подключенный к насосу с помощью гидравлической трубки. Когда оператор нажимает на кнопку пульта управления или резервного пульта, электрогидравлический привод запускается и, используя электромагнитные клапаны, направляет гидравлическую жидкость в выбранную пользователем секцию стола. Гидравлическая жидкость толкает шток цилиндра секции, в результате чего секция начинает перемещаться. Очистка: нужно постоянно поддерживать операционный стол в чистоте. Если требуется удаление загрязнений, нужно использовать слабый щелочной моющий раствор (pH 4.5~7). Источник питания: 100-240 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность не более: 600 Вт. Класс защиты не ниже: □. Степень защиты: Тип В. Защита от поражения электрическим током: ток разряда соответствует требованиям стандарта IEC60601-1, касающимся тока разряда, проходящего через пациента (степень защиты IPX4). Габариты стола: Длина не более 2040 мм х Ширина не более 520 мм х Высота не более 605 мм. Регулировка высоты (без подкладочных материалов): от 605 до 1005 мм. Матрац: не более 50 мм, функция памяти.	1 шт.

				Вес стола: не менее 270 кг Продольное перемещение: не менее 300 мм (150 мм в одну сторону, 150 мм в другую сторону) Положение Тренделенбурга (анти-Тренделенбурга) не более: от -29° (вниз) до 29° (вверх). Поперечный наклон не более: от -19° (влево) до 19° (вправо). Угол наклона секции спины не более: от -40° (вниз) до 80° (вверх). Угол наклона секции ног не более: от -90° (вниз) до 15° (вверх). Угол наклона секции головы не более: от -90° (вниз) до 15° (вверх). Отведение ножных секций не более: от -45° до 0° (левая), от 0° до 45° (правая). Механизм: Электрогидравлический Грузоподъёмность стола: не более 180 кг в любых позициях, в нулевой позиции не менее 270 кг. Разгибание стола (Флекс): Верхняя часть (секция головы и спины) не менее: -20°. Нижняя часть (секция сидения и ног) не менее: -20°. Сгибание стола (Рефлекс): Верхняя часть (секция головы и спины) не менее: 50°. Нижняя часть (секция сидения и ног) не менее: 30° Корпус колонны: Нержавеющая сталь. Доступ С-дуги: голова не менее 1023 мм, ноги не менее 999 мм. Колеса: автоблокировка (не менее 2 фиксируемых колеса).	
		2	Опора руки	Предназначена для фиксации рук пациента, необходима при проведении операций на руки и при сеансах внутривенных вливаний, размеры не менее 495*145*55 мм	2 шт.
		3	Боковые опоры	Предназначена для фиксации пациента при изменении положения и наклона стола, размеры не менее 330*95*60 мм	2 шт.
		4	Рамка экрана анестезиологического	Выполнена из нержавеющей стали, в комплекте с зажимом для установки на боковые рельсы стола, размеры не менее 600*660 мм	1 шт.
		5	Проводной пульт управления	Не менее 18 кнопок: ВКЛ/ВЫКЛ пульта, Блокировка кнопок, Разблокировка кнопок, ВКЛ функций пульта, ВЫКЛ функций пульта, Блокировка основания, Разблокировка основания, Регулировка высоты стола вверх, Регулировка высоты стола вниз, Наклон по Тренделенбургу (голова вниз), Наклон по анти-Тренделенбургу (голова вверх), Поперечный (боковой) наклон вправо, Поперечный (боковой) наклон влево, Наклон секции спины наверх, Наклон секции спины вниз, Флекс, Рефлекс, Исходная	1 шт.

				позиция (горизонтальная). Очистка пульта управления: для очистки пульта управления используйте сухое полотенце и очищающее средство с низким уровнем pH.	
		Дополнительные комплектующие			
		6	Опоры для ног	Обеспечивают безопасное и удобное расположение стоп пациента при наклонах и перемещениях стола, размеры не менее 200*330*65 мм	2 шт.
		7	Опоры подколенные	Опоры подколенные по Гоппелю для проведения различных гинекологических вмешательств, размеры не менее 180*290*550 мм	2 шт.
		8	Опоры плечевые	Это устройство поддерживает плечи пациента, когда стол наклоняется вверх и вниз. Вставляются в крепежные гнезда в боковые рельсы, устанавливаются опоры для поясницы и затягиваются.	2 шт.
		9	Ремень для фиксации пациента	Используется для фиксации туловища, размеры не менее 70*645 мм	1 шт.
		10	Ремень для фиксации рук	Используется для фиксации рук, размеры не более 70*610 мм	2 шт.
		11	Ремень для фиксации ног	Используется для фиксации ног, размеры не менее 70*990 мм	2 шт.
		12	Опоры руки	Опора для операций с верхним позиционированием руки не более 445*155*480 мм	1 шт.
		13	Опора головы	Опора для головы U-образная с мягким покрытием для головы, размеры не более 305*350*430 мм	1 шт.
		14	Плоскость для рентген-кассет	Секция рентгенопрозрачной плоскости для рентген кассет. Голова: не менее 520*253*39 мм Задняя рентгеновская пластина: не менее 520*500*39 мм Рентгеновская пластина бедра: не менее 520*494*39 мм Рентгенограмма ног (левая и правая части имеют одинаковую форму): не менее 638*250*39 мм	1 комплект
		15	Боковые опоры	Регулируемая опора для фиксации туловища пациента, не более 210*380*60 мм	1 шт.
		16	Судно дренажное с мусоросборником	Предназначено для сбора и последующей утилизации секрета, фрагментов и отходов ИМН. Размеры судна не более273*170 мм, размеры мусоросборника не менее 250*250 мм.	1 шт.
		17	Приставка ортопедическая	Для ортопедических и травматологических операций, а также для наложения некоторых видов гипсовых повязок. Приставка позволяет производить вытяжение нижних конечностей. Длина не менее 1475мм Ширина не менее 340 мм Высота не менее 800 мм Максимальная весовая нагрузка не более 135 кг	1 шт.
		18	Подъемник почечный	Приподнимание поясничного отдела, при операциях на желчных путях, селезенке и т.д.	1 шт.

4	**Требования к условиям эксплуатации**	Температура: 10□ ~ 40□ Относительная влажность в помещении: 30% ~ 75%
5	**Условия осуществления поставки МИ ТСО** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP пункт назначения
6	**Срок поставки МИ ТСО и место дислокации**	90 календарных дней Адрес:
7	**Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц**	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

3. Потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

   1. ТОО «ОрдаМед Семей» БИН 180440019575

№	Наименование	Ед-ца изм-ия	Цена в тенге
1	Стол операционный общехирургический	шт	19 900 000,00

4. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений – *эксперты не привлекались*.

5. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом тендера РЕШИЛ:

   1. Признать ТОО «ОрдаМед Семей» победителем по лотам:

№	Наименование	Ед-ца изм-ия	Кол-во	Цена в тенге	Сумма в тенге
1	Стол операционный общехирургический	шт	1	19 900 000,00	19 900 000,00
	ИТОГО:				**19 900 000,00**

6. Организатору государственных закупок - *Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области* разместить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Председатель тендерной комиссии		**Б.А.Галиев**
член тендерной комиссии		**Е.В.Худякова**
член тендерной комиссии		**Е.А.Дорощук**
Секретарь тендерной комиссии		**Т.Н.Федирко**