

ПРОТОКОЛ № 44

ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ ТЕНДЕРА

Г. Алтай

Начато: 23.11.2023 в «11» час. «20» мин.

ул.Тәуелсіздік, 16

ончено: 23.11.2023 в «12» час. «00» мин.

1. Организатор государственных закупок

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай»

Комиссия в составе:

Председатель: руководитель стационарной службы Галиев Б.А.

Член комиссии: юрисконсульт Дорощук Е.А.

Член комиссии:
бухгалтер основных средств Давыдова О.В.

Секретарь комиссии: руководитель службы государственных закупок Т.Н.

В соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110 «Об утверждении

2. Сумма, выделенная для закупки

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Аппарат ИВЛ инвазивный SLE	Аппарат предназначен для проведения продолжительной искусственной вентиляции легких взрослых, детей и новорожденных в условиях отделений интенсивной терапии и реанимации, послеоперационных палат и внутрибольничной транспортировки. Основные характеристики: Вентилятор: электронный, микропроцессорный, автономный, от источника сжатого воздуха, турбинная технология. Активное или пассивное увлажнение. Требования к питанию: Входное напряжение от 100 до 240 В. Аккумулятор: 1 или 2 аккумулятора. 5600 мАч в случае одного аккумулятора 11 200 мАч в случае двух аккумуляторов. Минимальное время работы от аккумуляторов: 90 мин (при работе от одного нового полностью заряженного аккумулятора в стандартном режиме работы); 180 мин (при работе от двух новых полностью заряженных аккумуляторов в стандартном режиме работы). Дисплей: Сенсорный TFT-дисплей диагональю не менее 15,4 дюйма, разрешение не менее 1920 × 1080 пикс. Настраиваемые углы: поворот влево и вправо на не менее 269 градусов, поворот вверх и вниз на не	шт	1	19 900 000	19 900 000

	менее 44 градусов. Светодиодная и звуковая индикации - наличие. Разъемы подключений: Сетевой разъем RJ-45 – не менее 1. Разъем USB – не менее 1. Разъем RS-232 – не менее 1. Порт для вызова медсестры – не менее 1. Разъем VGA – не менее 1. Технические характеристики пневматической системы: Подача газа: Тип газа: Воздух, кислород. Возможность работы от центрального газоснабжения – наличие. Возможность работы от воздушного компрессора – наличие. Возможность работы от встроеной турбины – наличие. Диапазон давления: не менее от 280 до 650 кПа. Номинальные требования к потоку: не менее 180 л/мин. Режимы аппарата: V-A/C объем, вентиляция с поддержкой объемом/регулируемой по давлению – наличие. P-A/C давление, вентиляция с поддержкой давлением/регулируемой по давлению – наличие. V-SIMV объем, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция - наличие. P-SIMV давление, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – наличие. CPAP/PSV постоянное положительное давление в дыхательных путях/вентиляция с поддержкой давлением – наличие. SIGH вздох – наличие. Вентиляция DuoLevel – наличие. PRVC регулируемая по давлению вентиляция с регулируемой по давлению. APRV вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях – наличие. PRVC-SIMV регулируемая по давлению вентиляция с регулируемой по давлению, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – наличие. AMV вентиляция с адаптируемым минутным объемом – наличие. P0.1 давление окклюзии, равное 100 мс – наличие. WOB работа дыхания – наличие. RSBI индекс быстрого поверхностного дыхания – наличие. PEEPi внутреннее положительное давление в конце выдоха – наличие. NIF отрицательная сила вдоха – наличие. ATRC автоматическая компенсация сопротивления трубки – наличие. NIV неинвазивная вентиляция – наличие. Параматный датчик O2 – опция. Режим неонатальной вентиляции – наличие. CPRV вентиляция при сердечно-лёгочной реанимации – опция. VS вентиляция с поддержкой объемом – опция. Weaning Tool инструмент для отлучения от ИВЛ – опция. Инструмент для защиты легких во время вентиляции – опция. Модуль измерения CO2 в боковом потоке - наличие: Диапазон измерений не менее от 0 до 152 мм рт. ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Измеряемые параметры не хуже: МОСО2; Диапазон не менее от 0 до 9999 мл/мин; Разрешение не более 1 мл/мин. Скорость проточного потока не менее 120 мл/мин. Модуль измерения CO2 в основном потоке (опционально): Диапазон измерений не менее от 0 до 150 мм рт. ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Измеряемые параметры не хуже: подьем CO2 не менее от 0 до 9,99 %/л, МОСО2 не менее от 0 до 9999 мл/мин. Модуль пульсоксиметрии SpO2 - наличие: Диапазон измерений не менее от 0 до 100 %. Разрешение не более 1%. Погрешность не более: Взрослые/дети от 70 до 100 %; ± 2 %. Новорожденные: от 70 до 100 %; ± 3 %. Диапазон ЧП не менее от 20 до 300 /мин. Задаваемые параметры аппарата ИВЛ: Параметры регуляции: O2 не менее от 21 до 100%. Дыхательный объем: Взрослые не менее от 100 до 4000 мл, Дети не менее от 20 до 300 мл, Новорожденные не менее от 2 до 100 мл. Частота дыхания: Новорожденные не менее от 1 до 150 /мин, Взрослые/дети не менее от 1 до 100 /мин. Частота SIMV не менее от 1 до 60 /мин. Время вдоха не менее от 0,10 до 10,00 сек. Отношение времени вдоха к времени выдоха (I:E) не хуже от 4:1 до 1:10. Время подъема давления не менее от 0,00 до 2,00 сек. Положительное давление в конце выдоха (PEEP) не менее от 0 до 50 см H2O. Уровень регуляции давления вдоха (относительно PEEP/низкое давление): Система подачи газа высокого давления не менее от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 1 до 80 см H2O. Уровень поддержки давлением (относительно PEEP/ низкое давление): Система подачи газа высокого давления не менее от 0 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 0 до 80 см H2O. В режиме PSV-S/T или PSV (неинвазивная вентиляция новорожденных): Система подачи газа высокого давления не менее от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 1 до 80 см H2O. Высокое давление: Система подачи газа высокого давления не менее от 0 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 0 до 80 см H2O. Низкое давление не менее от 0 до 50 см H2O. Время высокого давления не менее от 0,10 до 30,00 сек. Время низкого давления не менее от 0,20 до 30,00 сек. Триггер-поток: Новорожденные не менее от 0,1 до 5,0 л/мин. Взрослые/дети не менее от 0,5 до 20,0 л/мин, выкл. Триггер по давлению не менее от -0,5 до -20,0 см H2O, выкл. Уровень срабатывания триггера выдоха Авто не менее от 1 до 85%. Частота вентиляции при апноэ: Новорожденные не менее от 1 до 150 /мин. Взрослые/дети: от 1 до 100 /мин. Давление вентиляции при апноэ (относительно PEEP/низкое давление): Система подачи газа высокого давления не менее от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 1 до 80 см H2O. Дыхательный объем вентиляции при апноэ: Взрослые не менее от 100 до 4000 мл. Дети не менее от 20 до 300 мл. Новорожденные не менее от 2 до 100 мл. Время вдоха в режиме вентиляции при апноэ не менее от 0,10 до 10,00 сек. Перемежающееся положительное давление в конце выдоха не менее от 1 до 40 см H2O. Поток (O2-терапия): Взрослые не менее от 2 до 60 л/мин; Дети не менее от 2 до 25 л/мин. Поток: Взрослые не менее от 6 до 180 л/мин; Дети не менее от 6 до 30 л/мин; Новорожденные не менее от 2 до 30 л/мин. Процент времени паузы вдоха не менее от 5 до 60%. PEEP (режим pCPAP) не менее от 0 до 50 см H2O. Минутный объем не менее от 25 до 350%. Вес: Взрослые не менее от 10 до			
--	---	--	--	--

	200 кг; Дети не менее от 3 до 35 кг; Новорожденные не менее от 0,2 до 1,5 кг. Измеряемые параметры аппарата: Давление не менее от -20 до 120 см H₂O. Дыхательный объем не менее от 0 до 6000 мл. Минутный объем: Взрослые/дети не менее от 0,0 до 100,0 л/мин; Новорожденные не менее от 0,0 до 30,0 л/мин. Частота дыхания не менее от 0 до 200 /мин. Положительное давление в конце выдоха (PEEP) не менее от 0 до 120 см H₂O. I:E не менее от 1:1 до 1:1,50. Время вдоха не менее от 0,00 до 60,00 сек. Сопротивление вдоху/выдоху не менее от 0 до 600 см H₂O/(л/с). Растяжимость статическая/динамическая не менее от 0 до 300 мл/см H₂O. Дыхательный объем на выдохе при идеальной массе тела не менее от 0 до 50. Индекс быстрого поверхностного дыхания не менее от 0 до 9999 1/(л*мин). Внутреннее PEEP не менее от 0 до 120 см H₂O. Отрицательная сила вдоха не менее от -45,0 до 0,0 см H₂O. Вдыхаемая концентрация кислорода не менее от 15 до 100 Об. %. Давление окклюзии, равное 100 мс, не менее от -20,0 до 0,0 см H₂O. Пиковый выдыхаемый поток: Взрослые/дети не менее от 0 до 300 л/мин; Новорожденные не менее от 0 до 30 л/мин. Пиковый выдыхаемый поток: Взрослые/дети не менее от 0 до 180 л/мин; Новорожденные не менее от 0 до 30 л/мин. Отношение растяжимости в течение последних 20 % фазы вдоха к общей растяжимости не менее от 0,00 до 5,00. Постоянная времени выдоха не менее от 0,0 до 10,0 сек. Поток (O₂-терапия) не менее от 0,0 до 100,0 л/мин. Работа дыхания не менее от 0,0 до 100,0 Дж/мин. Скорость потока в конце фазы выдоха: Взрослые/дети не менее от 0 до 180 л/мин; Новорожденные не менее от 0 до 30 л/мин. Объем оставшегося газа не менее от 0 до 4000 мл. % утечки не менее 100%. Режим вентиляции V-A/C: объем, вентиляция с поддержкой объемом/регулируемой по объему Режим вентиляции P-A/C: давление, вентиляция с поддержкой давлением/регулируемой по давлению Режим вентиляции V-SIMV: объем, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция Модуль P-SIMV: давление, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция Режим вентиляции CPAP/PSV: постоянное положительное давление в дыхательных путях/вентиляция с поддержкой давлением Режим вентиляции SIGH: вздох Модуль DuoLevel: Двойная вентиляция Режим вентиляции PRVC: регулируемая по давлению вентиляция с регулируемой по объему Режим вентиляции APRV: вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях Режим вентиляции PRVC-SIMV: регулируемая по давлению вентиляция с регулируемой по объему, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция Режим вентиляции AMV: вентиляция с адаптируемым минутным объемом Мониторинг: P0.1: давление окклюзии, равное 100 мс Мониторинг: WOB: работа дыхания Мониторинг: RSBI: индекс быстрого поверхностного дыхания Мониторинг: PEEPi: внутреннее положительное давление в конце выдоха Мониторинг: NIF: отрицательная сила вдоха Режим ATRC: автоматическая компенсация сопротивления трубки Режим NIV: неинвазивная вентиляция Сенсорный дисплей: Сенсорный TFT-дисплей диагональю не менее 15,4 дюйма, разрешение не менее 1920 × 1080 пикселей. Настраиваемые углы: поворот влево и вправо на не менее 269 градусов, поворот вверх и вниз на не менее 44 градусов. Модуль для новорожденных: поддержка неонатальной вентиляции <i>Дополнительные комплектующие:</i> Одноразовый дыхательный контур в комплекте с аксессуарами (неонатальный): Одноразовый дыхательный контур в комплекте с аксессуарами (неонатальный) (20 шт) Тестовое лёгкое: Тестовое лёгкое (неонатальное) Химический датчик O₂: мониторинг O₂, O₂ терапия Мобильная тележка для аппарата: Четыре колеса. Каждое колесо имеет тормоз. Пневматический небулайзер: часть системы увлажнения воздуха Аккумуляторная батарея стандартной ёмкости: Минимальное время работы от аккумулятора не менее 90 мин (при работе от одного нового полностью заряженного аккумулятора в стандартном режиме работы) Маска для неинвазивной вентиляции: Маска для неинвазивной вентиляции (детская, размер S) Маска для кислородной терапии: Маска для кислородной терапии (детская, размер S) Назальная кислородная канюля: Назальная кислородная канюля (детская, размер S)			
--	--	--	--	--

		Увлажнитель в комплекте (многогазовый): часть системы увлажнения воздуха, подаваемого пациенту в процессе проведения ИВЛ, с подогревом, для новорожденных Модуль пульсоксиметрии SpO2: Диапазон измерений не менее от 0 до 100 %. Разрешение не более 1%. Погрешность не более: Взрослые/дети от 70 до 100 %: ±2 %. Новорожденные: от 70 до 100 %: ±3 %. Диапазон ЧП не менее от 20 до 300 /мин. Комплект аксессуаров к модулю пульсоксиметрии SpO2 для новорожденных: Комплект аксессуаров к модулю пульсоксиметрии SpO2: кабель датчика SpO2 – 1, датчик SpO2 для новорожденных – 1. Модуль капнометрии Sidestream CO2: Диапазон измерений не менее от 0 до 152 мм рт. ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Измеряемые параметры не хуже: МОСО2; Диапазон не менее от 0 до 9999 мл/мин; Разрешение не более 1 мл/мин. Скорость пробоотборного потока не менее 120 мл/мин. Комплект аксессуаров к модулю Sidestream CO2: Комплект аксессуаров к модулю Sidestream CO2 (неонатальный) Комплект принадлежностей nCPAP (неонатальный): Комплект принадлежностей nCPAP (неонатальный) Шланги подачи газов: Шланги подачи газов (O2 – 1шт. и Воздух – 1шт.) Дополнительный слот для модулей: Слот для установки модулей расширения Модуль резервного газоснабжения: Встроенная турбина (турбинная технология). Резервная система подачи воздуха не менее от 0 до 80 см H2O, максимальный поток не менее 200 л/мин. Датчик потока неонатальный (многогазовый): Датчик потока неонатальный (многогазовый). Диапазон потока от 0.2 до 30 л/мин			
<i>Дополнительная информация:</i>					
1	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP (для всех лотов)			
2	Срок поставки медицинской техники	до 10 декабря 2023 года			
3	Место дислокации чмедицинской техники	Восточно-Казахстанская область, г.Алтай, ул. Панфилова, 19			
4	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий			

3. Потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

1. По лоту 1 (Аппарат ИВЛ инвазивный SLE)


	Режим вентиляции P-A/C: давление, вентиляция с поддержкой давлением/регулировкой по давлению Режим вентиляции V-SIMV: объем, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция Модуль P-SIMV: давление, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция Режим вентиляции CPAP/PSV: постоянное положительное давление в дыхательных путях/вентиляция с поддержкой давлением Режим вентиляции SIGH: вздох Модуль DuoLevel: Двойная вентиляция Режим вентиляции PRVC: регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему Режим вентиляции APRV: вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях Режим вентиляции PRVC-SIMV: регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция Режим вентиляции AMV: вентиляция с адаптируемым минутным объемом Мониторинг: P0.1: давление окклюзии, равное 100 мс Мониторинг: WOB: работа дыхания Мониторинг: RSBI: индекс быстрого поверхностного дыхания Мониторинг: PEEPi: внутреннее положительное давление в конце выдоха Мониторинг: NIF: отрицательная сила вдоха Режим ATRC: автоматическая компенсация сопротивления трубки Режим NIV: неинвазивная вентиляция Сенсорный дисплей: Сенсорный TFT-дисплей диагональю 15,4 дюйма, разрешение 1920 × 1080 пикселей. Настраиваемые углы: поворот влево и вправо на 269 градусов, поворот вверх и вниз на 44 градусов. Модуль для новорожденных: поддержка неонатальной вентиляции <i>Дополнительные комплектующие:</i> Одноразовый дыхательный контур в комплекте с аксессуарами (неонатальный): Одноразовый дыхательный контур в комплекте с аксессуарами (неонатальный) (20 шт.) Тестовое лёгкое: Тестовое лёгкое (неонатальное) Химический датчик O2: мониторинг O2, O2 терапия Мобильная тележка для аппарата: Четыре колеса. Каждое колесо имеет тормоз. Пневматический небулайзер: часть системы увлажнения воздуха Аккумуляторная батарея стандартной ёмкости: Минимальное время работы от аккумулятора 90 мин (при работе от одного нового полностью заряженного аккумулятора в стандартном режиме работы) Маска для неинвазивной вентиляции: Маска для неинвазивной вентиляции (детская, размер S) Маска для кислородной терапии: Маска для кислородной терапии (детская, размер S) Насальная кислородная канюля: Насальная кислородная канюля (детская, размер S) Увлажнитель в комплекте (многообразовый): часть системы увлажнения воздуха, подаваемого пациенту в процессе проведения ИВЛ, с подогревом, для новорожденных Модуль пульсоксиметрии SpO2: Диапазон измерений от 0 до 100 %. Погрешность: Взрослые/дети от 70 до 100 %: ±2 %. Новорожденные: от 70 до 100 %: ±3 %. Диапазон ЧП от 20 до 300 /мин. Комплект аксессуаров к модулю пульсоксиметрии SpO2 для новорожденных: Комплект аксессуаров к модулю пульсоксиметрии SpO2: кабель датчика SpO2 – 1, датчик SpO2 для новорожденных – 1. Модуль капнометрии Sidestream CO2: Диапазон измерений от 0 до 152 мм рт. ст. Разрешение 1 мм рт.ст. Измеряемые параметры не хуже: МОСО2; Диапазон от 0 до 9999 мл/мин; Разрешение 1 мл/мин. Скорость пробоотборного потока 120 мл/мин. Комплект аксессуаров к модулю Sidestream CO2: Комплект аксессуаров к модулю Sidestream CO2 (неонатальный) Комплект принадлежностей nCPAP (неонатальный): Комплект принадлежностей nCPAP (неонатальный) Шланги подачи газов: Шланги подачи газов (O2 – 1шт. и Воздух – 1шт.) Дополнительный слот для модулей: Слот для установки модулей расширения Модуль резервного газоснабжения: Встроенная турбина (турбинная технология). Резервная система подачи воздуха от 0 до 80 см H2O, максимальный поток 200 л/мин. Датчик потока неонатальный (многообразовый): Датчик потока неонатальный (многообразовый). Диапазон потока от 0.2 до 30 л/мин
Единица измерения	штука
Цена	19 900 000,00

3. Информация о документах, составляющих тендерную заявку


№	Наименование документа, входящего в пакет документов, составляющих заявку на участие в тендере	ТОО «Альянс-MEDICA»
1	Заявка на участие в тендере	68 страниц
2	Справка о государственной регистрации юридического лица	имеется
3	Копия устава для юридических лиц	имеется
4	Копии разрешений (уведомлений)	имеется
5	Талон о приёме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определённых действий	имеется
6	Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности	имеется
7	Платёжное поручение	имеется
8	Таблица цен потенциального поставщика	имеется
9	Техническая спецификация	имеется
10	Регистрационное удостоверение	имеется
11	Копия тендерной документации на электронном носителе	имеется

4. Представители потенциальных поставщиков, присутствовали на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.
 5. Жалоб или возражений против действий (или бездействий) тендерной комиссии, заявленные уполномоченными представителями потенциальных поставщиков в ходе заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов не имеется.


Председатель тендерной комиссии

 Галиев Б.А.


Член тендерной комиссии

 Дорошук Е.А.

Член тендерной комиссии

 Давыдова О.В.

Секретарь тендерной комиссии

 Федирко Т.Н.